

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów w Biłgoraju
ul. Gen. Bora Komorowskiego 20
23-400 Biłgoraj

DOTiR.331.17.2016

Biłgoraj, dnia 17.10.2016 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Zawiadomienie o udzieleniu wyjaśnień na zapytania wykonawców oraz modyfikację zaproszenia do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego udzielanego w formie zapytania ofertowego, którego wartość szacunkowa nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro, bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8.

Zamawiający nie ujawniając źródła zapytania, przekazuje treść złożonych w toku postępowania zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycje od 1 do 8) Przedłożenia kart produktowych?kart technicznych, wystawionych przez producenta .

Odpowiedź: Tak będzie wymagał . Karta produktowa/ techniczna stwierdza m.in. poziom chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

2. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje od 1 do 4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadający wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji, numeru partii,

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podwójny identyfikator wilgotności.

3. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje od 1 do 4) pieluchomajtki dla dorosłych posiadające pojedynczy wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dwa identyfikatory wilgotności.

4. Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pozycje od 1 do 4): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu.

Odpowiedź. Zamawiający wymaga, aby falbanki skierowane były na zewnątrz produktu.

5. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 2,4): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122 cm.

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

6. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje 1): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144 cm.

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

7. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 3): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 110-160 cm.

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

8. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 3): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm.

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

9. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 4): pieluchomajtki o minimalnej chłonności 3070 ml według normy ISO 11948-1.

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

10. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 1 do 4): pieluchomajtki dla dorosłych posiadających

co najmniej jeden ściągacz taliowy.

Odpowiedź: Nie dopuszcza. Wymagane jest co najmniej dwa elastyczne ściągacze taliowe.

11. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycje 5,6): majtki chłonne o minimalnej chłonności 1010 według normy ISO 11948-1.

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

12. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 7): wkładki urologiczne dla kobiet o chłonności co najmniej 350 g i wymiarach co najmniej 27x10 cm.

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

13. Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pozycja 8): wkładki urologiczne dla kobiet o chłonności co najmniej 550 g i wymiarach co najmniej 34x12 cm.

Odpowiedź: Nie dopuszcza.

DYREKTOR
Maria Pięta
mgr Maria Pięta