

DPS.ZP.DAiOT.331.1.2020

Biłgoraj, 14.10.2020r.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Zamawiający
Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju
ul. Gen. Bora Komorowskiego 20
23-400 Biłgoraj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z póź. zm.)

Dostawa sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy w ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” dla Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju.

W związku ze złożonymi zapytaniami dotyczącymi SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Biłgoraju na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019r. poz 1843), udziela następujących wyjaśnień.

Pytanie Nr.1

Czy dopuszczają Państwo produkt firmy Rehafund Ssak DeVilbiss Vacu-Aide 7314 QSUdo części I pozycji 2 o podanych niżej parametrach

- niewielki rozmiar i nieduży ciężar
- zasilany z sieci lub z akumulatora
- posiada łatwy do odczytania, wbudowany regulator i wskaźnik zasysania dla szybkiego i dokładnego dostosowania według potrzeb pacjenta
- wygodny 800ml pojemnik do użytku przez jednego pacjenta, (pojemnik 1200ml w opcji)
- wyposażony w torbę na ramię
- wyjątkowo cichy podczas pracy
- posiada standardy ISO dla transportu w nagłych przypadkach

Dane techniczne

maksymalny przepływ: **27 l/min.**

zakres ciśnienia ssania: **50 - 550 mmHg (max. 780 kPa)**

zasilanie: **AC 100/240V, 50/60 Hz**

poziom hałasu: **< 55 dB**



Projekt pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” realizowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020

wymiary: **21 x 20 x 21 cm**

waga: **3,0 kg**

Odpowiedź

W tej części dopuścimy produkt zawierający wymagane parametry które zawiera załącznik Nr.1A do SIWZ poz.2

Pytanie Nr.2.

Czy wyrażają Państwo zgodę na dopuszczenie wózka wielofunkcyjnego (część I pozycja 9) firmy Medotti o parametrach "

Wskazany model wyposażony jest w 4 kółka jezdne (w tym 2 z blokadą). Gwarantuje to użytkownikowi wysoką ergonomię pracy. Dodatkowo górna półka została wyposażona w relingi umiejscowione na trzech krawędziach. Relingi te zabezpieczają przed zsunieniem się przedmiotów. W górnej części wózka znajduje się szuflada. Wózek DUE został również wyposażony w 2 pojemniki na odpady.

Dane techniczne:

- długość: 625mm
- szerokość: 475mm
- wysokość: 930mm

Odpowiedź

W tej części dopuścimy produkt zawierający wymagane parametry które zawiera załącznik Nr.1A do SIWZ poz.9.

Pytanie Nr. 3

Z koniecznością korespondencyjnego sposobu złożenia oferty oraz w ramach zachowania zasady uczciwej konkurencji prosimy o wydłużenie terminu składania ofert tak abyśmy zdołali przedstawić swoją propozycję.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu składania ofert.

DYREKTOR

mgr Agnieszka Kiesz